【お知らせ文書】

自動バックアップ機能について

生体信号測定器 HMC-10/10C/20（以下、本製品）には、管理メニューでの設定情報および利用者様の測定結果等（以下、データ）を本製品内部メモリとは別の記録メディアに自動で保存する機能（以下、自動バックアップ機能）があります。

【自動バックアップ機能の動作条件】

- スリープモード中もしくは起動中
- 午前 2：30 から午前 3：00 の間、何も操作をされていない

※自動バックアップ機能は毎日動作します。

※上記 2 つの条件を満たさない場合、その日の自動バックアップ機能は動作しません。

本製品内部のメモリ内のデータが破損しているように感じた場合は、お買い上げの販売店へ修理をご依頼いただけますと別の記録メディアに保存されている自動バックアップのデータにて復旧できる可能性がございます。ただし、復旧できないこともあることをご了承願います。

なお、復旧できる可能性があるデータは自動バックアップ機能が成功した最も新しいデータであり、それ以降のデータを復旧することはできません。

週一回程度は、上記【自動バックアップ機能の動作条件】を満たすよう本製品を動作させて、バックアップを実施していただくことを推奨いたします。

【注意事項】

- 自動バックアップ機能を必要としない場合は、本製品をお使いになられた後に電源ボタンを長押しして、終了ガイダンスに従い電源を切ってください。
- 電源が切られた状態もしくはバッテリー残量がなくなった状態では、自動バックアップ機能は OFF となります。